

SINTESI DELLA RICERCA TEDESCA SUL CUSCINO FORWARD



Cuscino Forward



Tra il 2018 e il 2019 sono stati condotti, in Germania, test clinici sul cuscino Forward per valutare la sua efficacia a sostegno dell'ingresso di Ride Designs nel mercato tedesco.

Ride Designs ha fornito i prodotti di prova ma non ha fornito ulteriore supporto. Le istruzioni per l'uso dei cuscini sono stati forniti al personale delle strutture da specialisti educativi impiegati dal distributore europeo di Ride Designs, l'Alu Rehab Group.

Questi studi clinici non sono stati sottoposti a revisione paritaria, né sono stati pubblicati. Le prove sono state svolte sotto rigorosi protocolli presso il Johannesheim Care Home di Stade in Germania. Non sono stati previsti gruppi di controllo e i cuscini sono stati utilizzati nell'ambito dei programmi di cura delle lesioni tipiche di questa stimata struttura.

Gli studi clinici condotti in Germania hanno avuto risultati clinici specifici e hanno dimostrato alte qualità di protezione della pelle.

I risultati sono convincenti e supportano la ricerca precedentemente condotta con revisione paritaria in diverse istituzioni negli Stati Uniti, incentrata su misure oggettive di gestione della pressione dell'interfaccia, stabilità della seduta e alterazione dei tessuti profondi.

Date dei test:

Dal 15 agosto al 4 marzo 2019

Gruppo testato:

Dieci soggetti tra i 32 e i 91 anni di età con diverse condizioni mediche preesistenti:

- Due soggetti avevano rischio generico.
- Due soggetti presentavano rischio basso.
- Quattro soggetti avevano rischio medio.
- Due soggetti presentavano rischio molto alto.
- Inoltre, nove pazienti avevano anche lesioni da pressione nella regione sacrale e ischiatica: 5 lesioni da pressione di gradi I (EPUAP), 3 di gradi II (EPUAP), 1 di gradi III (EPUAP), e 1 di gradi IV (EPUAP).

Studio completo:

Disponibile per il download [qui](#)

Risultati:

- Un miglioramento visibile delle condizioni della ferita è stato osservato nel caso di tutte le lesioni da pressione e tre di esse sono guarite.
- Non si sono verificate nuove o recidive lesioni da pressione, e il trattamento delle stesse è stato supportato positivamente.
- Non sono stati osservati cambiamenti negativi nel microclima nonostante le alte temperature estive.
- Non ci sono state conseguenze indesiderate durante l'uso del cuscino Forward.
- Il cuscino Forward è stato ritenuto adatto all'uso nella gestione delle lesioni da pressione in conformità con le indicazioni del produttore.