Dichiarazione di conformità

Questa Dichiarazione di conformità europea viene emessa sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

FABBRICANTE		
Nome dell'azienda	**Indirizzo**	**SRN**
Cascade Designs, Inc.	4000 1st Ave So. Seattle, WA 98134 USA	In attesa di assegnazione

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO			
Nome dell'azienda	**Indirizzo**	**SRN**	**Telefono/e-mail**
MDSS GmbH	Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany	In attesa di assegnazione	+49 511 6262 8630 info@mdssar.com

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO		
Nome del prodotto	**Codice / Numero di catalogo**	**UDI-DI di base**
VARILITE® JUNIOR Seat Cushion	**Vedere elenco prodotti allegato**	04081800070G2

Finalità prevista	Foto esemplificativa
Il cuscino per seduta VARILITE® JUNIOR Seat Cushion è concepito per gli utilizzatori pediatrici di sedia a rotelle che necessitano di un livello moderato di protezione dei tessuti e di un livello moderato di posizionamento.	

CLASSE DI RISCHIO PER DISPOSITIVI MEDICI	
Classificazione del dispositivo	**Dati tecnici comuni, standard applicati**
Classe I, Regola 1	EN 1041:2008+ A1:2013, ISO 7176-16:2012, ISO 8191-1:1987, EN ISO 10993-1:2010, EN ISO 10993-5:2009, BS EN 12182:2012, EN ISO 14971:2019, EN ISO 15223-1:2016, ISO 16840-2:2007, IEC 62366-1:2015

Cascade Designs, Inc. dichiara che i prodotti sopra citati rispettano le disposizioni della seguente legislazione UE: Regolamento Dispositivi Medici (EU) 2017/745.

Rappresentante dell'azienda: Doug Sanders

Titolo: Vice Presidente per le Operazioni

Firma:

Luogo: Seattle, WA, US

Data: 12/05/2021

Elenco prodotti cuscini per seduta VARILITE® JUNIOR Seat Cushion

Dimensioni (cm)	Numero prodotto
	Incontinenza
25x25	77000110102
25x30	77000110122
28x28	77000111112
28x33	77000111132
30x30	77000112122